

CE M26 1422

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Czech Metrology Institute
Notified Body No. 1383, Okružní 31
638 00 Brno

(ISO/IEC 17050-1 szabvány alapján)

a B METERS KFT.
2316 Tököl Bodza u 10
Magyarország,mint gyártó nevében, ezúton igazoljuk, hogy a
GSD8-I PRO MID R100**egysugaras szárnykeresek szárazon futó hideg- és meleg vízmérő**az alábbiakban felsorolt Európai Parlament irányelveinek és a magyar törvényi előírásoknak
megfelel, és a műszaki paraméterei a típusvizsgálati engedélyben rögzítettek szerint.2004/22/EK Measurement Instruments Directive (MID) /EK irányelv a
mérőműszerekről 98/83/EK Drinking Water Directive (DWD) /EK irányelv az emberi
fogyasztásra szánt ivóvíz minőségéről.97/23/EK Pressure Equipment Directive (PED) /EK irányelv a nyomástartó
berendezésekről.

8/2006. (II.27) GKM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról

201/2001. (X.25.) Korm. Rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés
rendjéről.9/2001. (IV.5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági
követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról.

A termék megfelel még a további előírásoknak:

MSZ EN141541-1:2005+A1:2007

MSZ EN 14154-2:2005+A1:2007

OIML R49-1:2006

OIML R 49-2:2006

KTW ivóvíz minőségi előírások

A termék előállításakor az alábbi tanúsító rendszereket alkalmazzuk:

Rendszer	Tanúsító	Tanúsítvány száma
	Český metrologický institut	TCM 142/08-4584

MID Modul	Bejegyzett testület	Tanúsítvány száma
B Modul		
D Modul		

Hivatkozás: A 1991.évi XLV törvény a mérésügyről és a 127/1991(x.9) Korm. Rendelet a
mérésügyről szóló 1991.évi törvény végrehajtásáról alapján, az újrathitelesítési idő 8 év.

Típus: GSD8-I PRO 1/2"	DN 15	Q ₃ 2,5 m ³ /h	Q ₃ /Q ₁	Q ₂ /Q ₁
Gyáriszám(ok):				

db

Dátum:

Aláírás:

B METERS HUNGARY KFT

Víz mérés technika

Tököl, Bodza u. 10.

Adósz.: 11600783-2-13